




## PREHĽAD POSKYTOVANÝCH VZORKOVNÍC







### Plastové vzorkovnice

Objem	Fixačné činidlo	Parameter	Štítok	Ilustr. obrázok
60ml 125ml 250 ml 500ml 1000 ml 5000 ml	Neobsahuje	Univerzálne vzorkovnice pre kvapalné vzorky (anorganické parametre)	bez štítka	
60 ml	Neobsahuje	Pesticídy (napr. kvartérne amóniové pesticídy, glyfosát, AMPA)	bez štítka	
60 ml	0,5ml NaOH 20% (w/w)	Kyanidy	Zelený štítok	
60 ml	0,7 ml HNO <sub>3</sub> 67% 1:2	Celkové kovy, Ortuť – celková (odpadné vody)	Žltý štítok	
60 ml	0,5ml (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + NH <sub>4</sub> OH (1mol/l)	Chróom šesťmocný	Oranžový štítok	
60 ml	0,4 ml HCl 37% 1:1	Celkový organický uhlík Celkové Fe(II)	Modrý štítok	



60 ml	0,4 ml H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 59% (w/w) (na vyžiadanie)	Karbofurán Benfuracarb Karbosulfán	Červený štítok	
60 ml	0,4 ml H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 59% (w/w)	CHSK, amónne ióny, N-Kjeldahl, Fosfór celkový	Červený štítok	
125 ml	0,8 ml octan zinočnatý 25 g/l	Sulfidy	Hnedý štítok	
125 ml	1,2 ml EDTA (2,5%)	Siričitany	Štítok bez farby	
60 ml	0,6ml EDA v NaOH (0,2% w/w)	Bromičnany, chloritany a chlorečnany	Fialový štítok	
1000 ml	Neobsahuje štandardne, na vyžiadanie: HNO <sub>3</sub> na pH<2, 20mlHNO <sub>3</sub> 67% 1:1	Rádiológia	Bez štítka  Žltý štítok	






500 ml	0,43 ml tiosíran sodný 3,5% (sterilná)	Mikrobiologické parametre vo vode	Štítok bez farby	
100 g	Neobsahuje	Organické parametre v pevných vzorkách (pesticídy – quaty, pyretroidy)	Bez štítka	
1 kg	Neobsahuje	Organické a anorganické parametre v zeminách, odpadoch a pevných vzorkách	Bez štítka	
5 kg	Neobsahuje	Organické a anorganické parametre v zeminách, odpadoch a pevných vzorkách	Bez štítka	
500 ml	Neobsahuje	Tribologické parametre	Štítok bez farby	
330 ml	Neobsahuje	Radón	Bez štítka	
125 ml	Neobsahuje	Perfluórované látky	Bez štítka	

## Sklenené vzorkovnice

Objem	Fixačné činidlo	Parameter	Štítok	Ilustr. obrázok
100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml	Neobsahuje	Univerzálne – kvapalné vzorky (hlavne organické parametre)	Bez štítka	
250 ml	2 ml HNO <sub>3</sub> 40%	AOX	Žltý štítok	
250 ml	Neobsahuje	Uhl'ovodíky C10-C40	Štítok bez farby bez čiarového kódu	
250 ml	2,5ml CuSO <sub>4</sub> + H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> (21%)	Fenolový index	Štítok bez farby	
60 ml	0,7 ml HCl (21%)	Ortuť - celková (pitná voda, čisté vody)	Modrý štítok	
250 ml	3 g CaCO <sub>3</sub>	Agresívny CO <sub>2</sub> (podľa Heyera)	Fialový štítok	
40 ml	0,32 ml 1% Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Pesticídy	Štítok bez farby s čiernym ohraničením, zelené viečko HP	



40 ml	0,4 ml Na <sub>2</sub> HSO <sub>4</sub> (500 g/L)	Prchavé organické látky	Štítok bez farby	
40 ml	Neobsahuje	Špeciálne projekty pre prchavé organické látky	Bez štítka	
150 g	Neobsahuje	Organické a anorganické parametre v zeminách, odpadocha pevných vzorkách	Bez štítka	
VOC Kit	5ml metanol (na vyžiadanie)	Prchavé organické látky v zeminách	Štítok bez farby	